

بسمه تعالی

شرکت داروسازی فارابی (سهامی عام)

اسناد مناقصه

خرید دستگاه HPLC and Detectors

خرید دستگاه Dissolution

شماره مناقصه:

۱۴۰۲/۰۶/۱۰۳

شهریور ماه ۱۴۰۲

مناقضه گر محترم

باسلام

بدینوسیله از آن شرکت محترم دعوت بعمل آورده تا ضمن مطالعه دقیق اسناد جاری و با عنایت به تذکرات ذیل نسبت به تکمیل و تحویل اسناد در موعد مقرر اقدام گردد.

۱- درج امضای صاحبان امضای مجاز و مهر شرکت به منزله قبولی تمامی شرایط مندرج در برگ شرایط توسط آن شرکت می باشد.

۲- آخرین مهلت دریافت اسناد مناقضه توسط مناقضه گر تا پایان وقت اداری مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۲۸ می باشد.

۳- آخرین مهلت تحویل پاکات پیشنهاد به مناقضه گزار تا پایان وقت اداری مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۰۶ می باشد. (تحویل به دبیرخانه مناقضه گزار)

۴- شرکت داروسازی فارابی در رد یا قبول هریک از پیشنهادات و یا لغو فرآیند مناقضه در هر مرحله مختار بوده و از این بابت هیچ مسئولیت و تعهدی در برابر مناقضه گران نخواهد داشت.

۵- به پیشنهادات مشروط، مبهم یا فاقد ضمانت و یا واصل گردیده بعد از زمان مقرر ترتیب اثر داده نخواهد شد.

۶- این مناقضه و پیرو آن قرارداد آتی مشمول تعدیل نمی باشد.

۷- هزینه چاپ آگهی مناقضه در روزنامه به عهده برنده مناقضه می باشد.

۸- شماره تلفن مناقضه گزار جهت پاسخگویی به سؤالات احتمالی: ۰۳۱۳۳۱۳۲۲۱۵ - ۰۳۱۳۳۱۳۲۲۱۳

۹- اسناد حاضر به منظور خرید یک دستگاه HPLC به همراه دو عدد دتکتور و یک دستگاه تست انحلال Dissolution تدوین شده است تا شرکت های توانمند در موضوع مناقضه، بتوانند با آگاهی از نیاز شرکت داروسازی فارابی قیمت خود را ارائه نمایند. پیشنهادهای دریافت شده بنابر معیارهای ارزیابی مناقضه گزار مورد مقایسه قرار گرفته و بهترین پیشنهاد انتخاب خواهد شد. برنده مناقضه ملزم خواهد بود ضمن رعایت مقررات عمومی حاکم بر قراردادهای مناقضه گزار را در قالب قرارداد منعقد فی مابین، فرآیند خرید و با ملاحظه نکات مذکور در متن این درخواست تأمین نموده و نتایج کار را طبق شرایط تعریف شده و در موعد مقرر تحویل نماید.

۱- مشخصات دستگاه HPLC and Detectors مورد نیاز (URS)

۱. سیستم پیوسته (Alliance HPLC system) مورد نظر می باشد که شامل اتوسمپلر کولر دار (یخچال دار) ، پمپ ۴ کاناله

Degasser ، Column Oven و ... مطابق با مشخصات زیر که همه با نرم افزار تنظیم شوند.

Alliance HPLC System URS:

The Alliance HPLC System which supports FTQ (first-time quality) by reducing the risk of common errors and improving the reliability of analytical measurements is required. This way our lab can reduce reagents and consumables waste, and automated system checks help us to meet critical error reduction KPIs. The increase in operational efficiency and productivity will save time and money and boost the capacity of our lab.

In the following you can see the INSTRUMENT SPECIFICATIONS we need:

- **System Features**

Dwell volume (total system)	$\leq 1600 \mu\text{L}$
Gradient delay volume	$\leq 1100 \mu\text{L}$
Integrated leak management	Leak sensors, as standard, and safe leak handling
Quantum synchronization	Injection synchronization between pump and injector which enhance retention time reproducibility
Operating flow rate range	0.001 to 10,000 mL/min, in 0.001-mL increments
Maximum operating range	10,000 psi up to 5,000 mL/min, linearly decreasing to 4000 psi at 10 mL/min
pH range	1 to 13
Unattended operation	Leak sensors and safe leak handling, full 96-hour diagnostic data display through suitable software
Cycle time	$\leq 30 \text{ s}$ inject-to-inject

- **Quaternary Solvent Manager**

Solvent capacity	Blend up to four solvents in any combination (standard)
Solvent conditioning	Integrated vacuum degassing, four chambers
Gradient formation	Low-pressure mixing, quaternary gradient
Gradient profiles	11 gradient curves [including linear, step (۲), concave (۴), and convex (۴)]
Check valves	Passive check valve

Flow accuracy	$\pm 1.0\%$ from 0.2 to 5.0 mL/min
Flow precision	≤ 0.04 min SD, for retention times < 26.667 minutes; $\leq 0.15\%$ RSD, for retention times > 26.667 minutes based on six replicates
Composition ripple	≤ 0.5 mAU over a 10-s window
Composition accuracy	$\pm 0.5\%$ absolute (full scale) from 0 to 95%; 0.5 to 5.0 mL/min
Composition precision	≤ 0.04 min SD, for retention times < 26.667 minutes; $\leq 0.15\%$ RSD, for retention times > 26.667 minutes based on six replicate injections
Compressibility compensation	Automatic and continuous
Priming	Wet priming can run at flow rates up to 10 ml/min
Pump seal wash	Standard
Primary wetted materials	316L stainless steel, PPS, fluoropolymer, UHMWPE blend, sapphire, ruby, zirconia, DLC, PEEK and PEEK blend, titanium alloy

• Sample Manager-FTN

Injection volume range	0.1 to 100.0 μ L as standard Up to 200.0 μ L with optional extension loops
Sample capacity	1,152 (3x 384-well plate) or 174 (2-mL vials)
Any three of the following:	48-position, 2.0-mL vials holder 96-position, 2.0-mL vials holder 96-well plate 384-well plate 48-position, 0.6-mL micro-centrifuge tube plate 24-position, 1.5-mL micro-centrifuge plate
Sample compartment temp	4.0-40.0 $^{\circ}$ C, settable in 0.1 $^{\circ}$ C increments
Temperature accuracy	± 0.5 $^{\circ}$ C at the sensor
Temperature stability	± 1.0 $^{\circ}$ C at the sensor
Injection needle wash	Integral, active, and programmable
Minimum sample required	3 μ L residual, using total recovery 2-mL vials

Accuracy (aspiration)	$\pm 0.2 \mu\text{L}$
Linearity	$\geq 0.999 R^2$ for all injection volumes between 2% and 100% of the maximum injection volume supported by the system configuration
Precision	$< 1.0\%$ RSD from 0.5 to 0.9 μL $< 0.5\%$ RSD from 1.0 to 4.9 μL $< 0.25\%$ RSD from 5.0 to 50.0 μL
Sample carryover	$\leq 0.02\%$ caffeine
Primary wetted materials	316L stainless steel, gold plated stainless steel, polyimide, PEEK blend, DLC, MP30N

• Column Heater/Cooler

Column capacity	Single column, up to 8.0 mm I.D.; up to 300 mm length with filter or guard column
Column compartment temp.	4.0 (or 15.0 °C below ambient, whichever is greater) to 90.0 °C, settable in 0.1 °C increments
Temperature accuracy	± 0.5 °C at the sensor
Temperature stability	± 1 °C at the sensor
Solvent conditioning	Passive pre-heating
Column tracking	Technology with ability tracks column usage and history

• UV DETECTOR (PDA)

• Performance Specifications:

Wavelength range	190 to 700 nm
Bandwidth	< 5 nm
Wavelength accuracy	± 1.0 nm (via Erbium filter)
Wavelength repeatability	± 0.1 nm
Linearity and Dynamic range	$r^2 \geq 0.999$ from 0.0001 to 2 AU, 5% deviation up to 2.5 AU
Baseline noise (dry), single wavelength	$< 5 \mu\text{AU}$
Baseline noise (dry), dual wavelength	$\leq 35 \mu\text{AU}$
Drift	$\leq 100 \mu\text{AU}/\text{hour}$
Thermal drift	$\leq 100 \mu\text{AU}/\text{C}$

Sampling rate	۱, ۲, ۵, ۱۰, ۴۰, ۸۰, ۱۶۰ Hz (single channel) ۱, ۲ Hz (dual channel)
----------------------	--

• Optical Component Specifications

Light source	Deuterium arc lamp, warranty more than one year if it is possible
Path length	۱۰ mm (analytical cell)
Cell volume	۱۶,۳ µL (analytical cell)
Pressure limit	۱۰۰۰ psi (analytical cell)
Wetted materials	۳۱۶ Stainless Steel, Fluoropolymer, fused silica, PEEK

• Electrical Specifications

Power requirements	۱۰۰ to ۲۴۰ VAC
Line frequency	۵۰ to ۶۰ Hz
Power consumption	Preferred less than ۷۷۵ VA

۲. سیستم به همراه ۲ نوع آشکارساز به شرح زیر مورد نیاز می باشد. آشکارسازها از همان شرکتی تهیه می شود که دستگاه HPLC از آن خریداری گردیده و بایستی با آن هماهنگ باشد.

آشکارسازهای مورد نیاز شامل:

- Photodiode Array (PDA) Detector
- Refractive Index Detector

مطابق با مشخصات زیر می باشد :

۱) HPLC PDA Detector

Diode array detectors (also referred to as a DAD detector or more specifically HPLC PDA detector) are used for obtaining spectral profiles from molecular mixtures or chromatographically separated samples. Whether used to analyze molecules in a flow cell, static solutions, or solids, they provide ultra-fast, low noise spectral analysis; resolution determined by the number of diodes deployed over a specific wavelength range. An HPLC photo diode array detector is coupled to eluates of separation devices by molecular weight, hydrophobicity (reverse-phase) or ionic charge, making them important for HPLC. HPLC PDA detectors handle the entire spectrum from the UV at ۱۹۰ nm to the Near IR at ۱ micron.

• **Operating Specification**

Wavelength range	۱۹۰ to ۸۰۰ nm
Light Source	Prealigned intelligent technology Deuterium lamp
Wavelength accuracy	± 1 nm
Linearity range	Deviation at ۲,۰ AU $\leq 0\%$, propylparaben, at ۲۵۷ nm
Optical resolution	۱,۲ nm
Digital resolution	۱,۲ nm/pixel
Baseline noise	$\pm 3 \mu\text{AU}$, ۲۳۰ nm, ۲ Hz, ۲s, wavelength compensation ۳۱۰ to ۴۱۰ WET (۲D channel)
Drift	$\leq 1.0 \times 10^{-3} / \text{AU/hour/}^{\circ}\text{C}$
Flow cell design	Light-guiding UPLC intelligent technology flow cell
Pathlength	۱۰ mm (analytical cell)
Cell volume	۵۰۰ nl (analytical cell)
Wetted materials	۳۱۶ stainless steel, fused silica, Teflon AF, PEEK
Data acquisition	Up to ۸۰ Hz
Pressure limit	۱۰۰۰ psi
Unattended Operation	Leak sensors, full diagnostic data captured through console software

• **Physical Specification**

Warranty	۲۰۰۰-hour lamp, ۱ year or more
Compliance	CE Mark CSA C-trick and UL

• **Electrical Specification**

Power requirements	۱۰۰ to ۲۴۰ VAC
Line frequency	۵۰ to ۶۰ Hz

Power consumption	۱۸۵ VA (nominal)
--------------------------	------------------

۲) Refractive Index (RI) Detector

Refractive Index (RI) Detector is the ideal solution for the analysis and quantification of components with limited or no UV absorption, such as alcohols, sugars, saccharides, fatty acids, and polymers. With RI Detector, we can detect components without UV chromophores, achieve highly reproducible detection with a wide linear dynamic range, and attain stable thermal control with temperature equilibration of incoming solvent and a thermally isolated optics bench. The RI Detector completes a total sample-centric solution for many applications, including polymer analysis, quality control (QC) applications, preparative analysis, analytical analysis.

Specifications

Refractive index range	۱,۰۰ to ۱,۷۵ RIU
Measurement range	$۵,۰ \times ۱۰^{-۴}$ RIU to $۷,۰ \times ۱۰^{-۹}$ RIU
Linear dynamic range	$\leq ۵,۰\%$ over $\pm ۵,۰ \times ۱۰^{-۴}$ RIU
Noise	$\pm ۱,۵ \times ۱۰^{-۹}$ RIU (۲ s FTC Hamming ۱,۰ mL/min, ۱۰۰% H _۲ O) $\pm ۳,۰ \times ۱۰^{-۹}$ RIU $\pm ۱۰/۲ \pm ۱۰$ emulation mode (۱ s FTC (RC) ۱,۰ mL/min, ۱۰۰% H _۲ O)
Drift	$۲,۰ \times ۱۰^{-۷}$ RIU/hour
Filter time constant	۰,۰ to ۵,۰ s (Hamming) ۰,۰ to ۱۰,۰ s (RC)
Compatible flow rate range	۰,۱ to ۱۰,۰ mL/min
Attenuation settings	۱ to ۵۰۰×۱۰^{-۶} RIU ۱ to ۱۰۲۴ maximum in emulation mode

Temperature control	Internal oven: ۳۰ to ۵۵ °C (۸۶ to ۱۳۱ °F), $\pm ۰,۵$ °C, settable ۱ °C increments One external column heater, steel: ambient to ۱۵۰ °C (۳۰۲ °F), $\pm ۱,۰$ °C, settable ۱ °C increments
----------------------------	--

• Optical component specifications

Flow cell	Fused quartz
Flow cell volume	۱۰ μ L
Flow cell pressure limit	≤ ۱۰۰ psi
Light source	LED ۸۷۰ nm
Wetted materials	۳۱۶ stainless-steel, PTFE, PEEK, quartz

• Electrical Specifications

Power requirements	۱۰۰ to ۲۴۰ VAC
Line frequency	۵۰ to ۶۰ Hz
Power consumption	۱۴۵ VA (nominal)
Inputs	Seven event inputs
Outputs	Three outputs (۲ analog and ۱ event)

۳. مدارک همراه دستگاه ها مانند IQ، OQ،PQ کامل باشد. سازنده یا نماینده آن، کالیبره اولیه را به همراه آموزش های لازم انجام داده و در هنگام نصب IQ را ارائه نماید.
۴. پمپ دستگاه ۴ کاناله (Quaternary Gradient) باشد.
۵. دستگاه بایستی قابلیت انجام آزمون ها با سیستم حلالی ایزوکراتیک و گرادینت را داشته باشد.

۶. محدوده جریان عبوری (Flow Rate) برای دستگاه حداقل ۰.۰۰۱ تا ۱۰ میلی لیتر بر دقیقه باشد و قابل تنظیم در بازه ۰.۰۱ میلی لیتر بر دقیقه را داشته باشد.
۷. دقت جریان پیوسته: کمتر از ۰.۱ درصد RSD یا بهتر
۸. صحت جریان پیوسته: ± 1.0 درصد یا بهتر
۹. حجم تاخیری: کمتر از ۲۰۰ میکرولیتر با احتساب حجم میکسر
۱۰. حداکثر فشار کاربری: ۶۰۰ Psi یا بالاتر
۱۱. دقت ترکیب گرادیانت: ± 0.5 درصد برای حجم تنظیم شده یک میلی لیتر
۱۲. صحت ترکیب گرادیانت: ± 0.5 RSD درصد برای حجم تنظیم شده یک میلی لیتر
۱۳. قابلیت انجام منحنی گرادیانت در حالت های مختلف از قبیل: Convex, Concave, Liner و ...
۱۴. قابلیت تزریق دستی با حجم لوپ ۵، ۲۰، ۲۰۰ و ... میکرولیتر به همراه سرنگ مناسب تزریق دستی به همراه اتوسمپلر با لوپ تزریق ۱ تا ۲۰۰ میکرولیتر
۱۵. دارای هیتر ستون (Column Oven) با طول ۳۰ سانتی متر یا بیشتر و قابلیت تنظیم دمای ۶۰ درجه سانتی گراد و یا بالاتر
۱۶. در مورد آشکارساز PDA مشخصات زیر مد نظر است:
 - گستره طول موج آشکارساز PDA از ۱۹۰ تا ۸۰۰ نانومتر
 - پهنای باند بایستی کمتر از ۵ نانومتر باشد (دارای حداکثر پهنای باند ۵ نانومتر)
 - دقت طول موج ± 1 نانومتر
 - تکرارپذیری طول موج ± 0.1 نانومتر
 - خطی بودن: کمتر از ۵ درصد در AU ۲.۴
 - نویز Baseline تک طول موجی باید از $10^{-6} \times 5.0$ AU در ۲۳۰ نانومتر کمتر باشد.
 - نویز Baseline دو طول موجی باید از $10^{-6} \times 35.0$ AU در ۲۳۰ نانومتر و ۲۸۰ نانومتر کمتر باشد.
 - حداکثر انحراف (Drift) بایستی از $10^{-4} \times 1.0$ کمتر باشد.
 - Sampling Rate: Up to ۸۰
 - طول مسیر عبور فلوسل: ۱۰ میلی متر و حجم سل: ۱۶.۳ میکرولیتر یا کمتر
 - منبع نور: لامپ دوتریم و تنگستن با حداقل ۲۰۰۰ ساعت عمر مفید یا بیشتر
۱۷. دستگاه دارای خدمات پس از فروش از لحاظ نرم افزاری و سخت افزاری موجود باشد تا در صورت نیاز لوازم جانبی و بردها را تامین کند.
۱۸. دارای سیستم با کامپیوتر مناسب و نرم افزار نصب شده و رفع عیب شده باشد. نرم افزار اوريجینال و قانونی باشد، قابلیت چند کار بودن و افزودن چند دستگاه را داشته باشد. همچنین قابلیت نصب مجدد را داشته و کار با سایر دستگاه ها با یک نرم افزار را تسهیل کند.
۱۹. دستگاه مورد نظر الزامات Tablet Friability (۱۲۱۶) USP ۶۱ را تامین کند.
۲۰. دستگاه مستندات لازم مطابق با USP (۱۰۵۸) Analytical Instrument را داشته باشد.

۲۱. همراه دستگاه Instruction و اسناد به صورت کامل ارسال گردد.
۲۲. اطلاعات مربوط به Troubleshooting برای اتفاقات احتمالی ارسال شود.
۲۳. دستگاه مورد نظر با منبع برق ایران (۲۲۰ ولت و ۶۰ هرتز) قابل استفاده باشد.

۳- مشخصات دستگاه تست انحلال (Dissolution) مورد نیاز (URS)

Dissolution Test Equipment

Voltage	۱۱۵/۲۳۰ V; ۵۰/۶۰ Hz
Test stations	۱۲ in ۲ rows (with auto sampler)
Speed	۲۰-۲۵۰ U/min
Vessel volume	۴۰۰ ml / ۱۰۰۰ ml / ۲۰۰۰ ml
Temperature control	temperature sensor in water bath
Sampling positions	High-head / Low-head / Cleaning mode
USP methods	USP ۱ / USP ۲ / USP ۵ / USP ۶

• Heater

Power	۱۵۰۰ W
Temperature	۱۵ - ۵۰ °C (± ۰,۲)

۱. دستگاه دارای فک متحرک و Apparatus جنس استیل باشد
۲. دستگاه مورد نظر الزامات Tablet Friability (۱۲۱۶) USP ۶۱ را تامین کند.
۳. دستگاه مستندات لازم مطابق با Analytical Instrument (۱۰۵۸) USP را داشته باشد.
۴. همراه دستگاه Instruction و اسناد به صورت کامل ارسال گردد.
۵. اطلاعات مربوط به Troubleshooting برای اتفاقات احتمالی ارسال شود.
۶. دستگاه مورد نظر با منبع برق ایران (۲۲۰ ولت و ۶۰ هرتز) قابل استفاده باشد.

نوع و مبلغ تضمین مناقصه

تضمین شرکت در مناقصه جهت خرید یک دستگاه HPLC به همراه دو عدد دتکتور (HPLC and Detectors) به میزان ۴.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال و جهت خرید یک دستگاه تست انحلال (Dissolution) به میزان ۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال می باشد که لازم است در قالب ارائه اصل سند ضمانتنامه بانکی و یا واریز نقدی به شماره حساب ۶۰۵۰۶۰۱۱۰ نزد بانک تجارت شعبه چهار راه نظر به نام شرکت دارو سازی فارابی و فقط در پاکت (الف) ارائه گردد.

محل دریافت اسناد:

مراجعه به وب سایت شرکت به آدرس WWW.Farabipharma.ir قسمت تأمین و خرید

مهلت تحویل پیشنهادات

آخرید مهلت تحویل پاکت تا پایان وقت اداری مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۰۶ می باشد بدیهی است به پیشنهادات رسیده بعد از این تاریخ ترتیب اثر داده نخواهد شد.

باز گشایی پاکت ها

بازگشایی پاکتها که در محل شرکت داروسازی فارابی برگزار می گردد، به ترتیب زیر عمل خواهد شد:

الف) حداکثر سه روز کاری پس از مهلت تحویل پیشنهادات ابتدا پاکتهای " الف " بازگشایی می شود و در صورت بلااشکال بودن سپرده شرکت در مناقصه به عنوان تضمین قانونی، پیشنهاد فنی ارسالی (پاکت " ب ") بازگشایی شده و پس از ارزیابی شکلی، کمیسیون معاملات مناقصه گزار جهت بررسی فنی و حقوقی اسناد ارائه شده توسط مناقصه گر اقدام می نماید.

ب) حداکثر هفت روز کاری پس از انجام بررسی های فنی، پاکتهای " ج " آن دسته از پیشنهاد دهندگان که پاکت " ب " آنها به تأیید کمیته رسیده باشد، بازگشایی می شود سپس برنده ی مناقصه با توجه به قیمت پیشنهادی معرفی می گردد.

روش تهیه و مهلت مقرر برای تسلیم پیشنهادات:

پیشنهاد دهندگان باید پیشنهاد خود را در سه پاکت مجزا با مشخصه (الف، ب و ج) به شرح زیر تهیه و پس از لاک و مهر تحویل دبیرخانه مناقصه گزار به آدرس اصفهان، کیلومتر ۱۵ جاده اصفهان شیراز، شرکت داروسازی فارابی نمایند.

پاکت "الف" باید حاوی مدارک ذیل باشد:

تضمین شرکت در مناقصه که لازم است (نوع و مبلغ تضمین مناقصه) ارائه گردد. لطفاً بر روی پاکت ذکر شود تضمین ارایه شده برای کدام دستگاه می باشد.

پاکت "ب" باید حاوی مدارک ذیل باشد:

- ۱- اساسنامه ی شرکت، مشخصات کامل شرکت، تصویر آگهی تأسیس شرکت در روزنامه ی رسمی، آخرین تغییرات شرکت و امضاء های مجاز
 - ۲- مدارک و مستندات فروشنده شامل الف- دارا بودن سوابق و رزومه فروش دستگاه موضوع مناقصه (ارائه لیست خریداران با اطلاعات تماس آنها) ب- دارا بودن توان فنی و پشتیبانی و کادر مجرب ج- ارائه مدارک مربوط به حسن سابقه (ارائه رضایت نامه برای پروژه های مشابه و...)
 - ۳- برگ شرایط مناقصه، نمونه قرارداد، فرم های تکمیل شده که تمامی صفحات آن به مهر و امضاء کلیه صاحبان امضای شرکت پیشنهاد دهنده رسیده و شامل عبارت "قرائت شد. مورد تأیید است" باشد. مهر و امضای ذیل برگ شرایط مناقصه و نمونه قرارداد پیوست، به منزله پذیرش تمامی شرایط و مفاد آنها از سوی شرکت پیشنهاد دهنده می باشد.
 - ۴- مشخصات فنی کامل دستگاه پیشنهادی (بدون قیمت) با ذکر جزئیات
- شرکت کنندگان می بایست اسناد و مدارک فوق را به ترتیب شماره ردیف و با استفاده از برگه های جدا کننده (دیوایدر) در لفاف مناسب قرار داده و تحویل نمایند.

پاکت "ج" باید حاوی نامه ای رسمی متضمن اطلاعات زیر باشد:

- قیمت پیشنهادی با فرمت مندرج در پیوست اسناد، تهیه و پس از امضاء صاحبان امضای مجاز شرکت و ممهور نمودن به مهر شرکت، در پاکت "ج" قرار داده شود. ضمناً ارائه قیمت در قالب پیش فاکتور رسمی نیز الزامی می باشد.
- پیشنهاد ارائه شده از سوی مناقصه گران می بایست با ارز یورو (Euro) یا دلار (Dollar) باشد.
- نکته:** مبنای محاسبه و تبدیل ارز به ریال برای پرداخت اعلام گردد.

شرایط عمومی

- ۱- به پیشنهادهای مبهم، مشروط و یا فاقد تضمین معتبر و نیز پیشنهادهایی که خارج از تاریخ و ساعت مقرر به مناقصه گزار واصل شده باشد ترتیب اثر داده نخواهد شد.
- ۲- پس از تعیین نفرات اول و دوم سپرده آنان نگهداری و سپرده سایر شرکت کنندگان در مناقصه مسترد می گردد و در صورت انعقاد قرارداد با نفر اول سپرده نفر دوم مسترد و در غیر این صورت سپرده نفر اول ضبط و از نفر دوم جهت انعقاد قرارداد دعوت به عمل خواهد آمد. در صورت عدم حضور نفر دوم نیز سپرده وی ضبط و شرکت داروسازی فارابی به طریق مقتضی نسبت به انجام مورد مناقصه اقدام خواهد نمود.
- ۳- برنده مناقصه حداکثر ظرف مدت ۷ روز کاری از تاریخ بازگشایی پاکت "ج"، تعیین و اعلام خواهد شد. مهلت مذکور بنا به ضرورت و نیاز به بررسی های تکمیلی در صورت عدم اعلام نتیجه مناقصه برای یک دوره ی ۷ روزه ی دیگر تمدید خواهد شد.
- ۴- مکان و زمان بازگشایی پاکت های "ج" متعاقباً اعلام و به مناقصه گران جهت حضور نماینده آن ها در جلسه بازگشایی اطلاع رسانی خواهد شد.

فرم اعلام مشخصات کامل مناقصه گر

نام شرکت: محل ثبت: نوع شرکت: ثبت شده به شماره:
 شناسه ملی: کد اقتصادی: در روزنامه رسمی شماره: به تاریخ:/...../.....
 آدرس مرکز اصلی شرکت:
 تلفن: نمابر: پست الکترونیکی: آدرس وبسایت:
 موضوع فعالیت شرکت طبق اساسنامه :

آخرین مدیران و صاحبان امضای مجاز شرکت:

ردیف	نام و نام خانوادگی	نام پدر	شماره شناسنامه	کد ملی	عنوان و جایگاه
۱					
۲					
۳					
۴					
۵					
۶					
۷					
۸					

شخص مسئول و پاسخگو در این مناقصه

نام و نام خانوادگی	سمت	تلفن ثابت	تلفن همراه	پست الکترونیکی

فرم ارائه پیشنهاد قیمت

خرید یک دستگاه HPLC به همراه دو عدد دتکتور (HPLC and Detectors)

خرید یک دستگاه تست انحلال (Dissolution)

پاکت ج - مناقصه شماره ۱۴۰۲/۰۶/۱۰۳ با موضوع خرید یک دستگاه HPLC به همراه دو عدد دتکتور - خرید یک دستگاه تست انحلال (Dissolution)				
عدم تکمیل اطلاعات درخواستی و یا نقص و مخدوش بودن آنها موجب حذف کامل شرکت در ادامه فرآیند مناقصه خواهد شد.				
کلیه واحد های مبالغ به یورو یا دلار باشد و مبنای محاسبه و تبدیل ارز به ریال اعلام گردد.				
مشخصات مناقصه گر				
نام:		کد اقتصادی:		
آدرس:		شماره تماس:		
ردیف	نام و شرح کالا	تعداد (دستگاه)	قیمت واحد	قیمت کل
۱				
۲				
جمع شرح مبالغ و زمان		به حروف		به عدد
مجموع مبالغ پیشنهادی (Euro/Dollar)				

- سایر شرایط فروش به صورت مکتوب در این پیشنهاد قیمت ذکر شود (مالیات بر ارزش افزوده، زمان تحویل، گارانتی و خدمات پس از فروش، محل و نحوه تحویل، کرایه ارسال، سایر هزینه ها با جزئیات).
- پیش فاکتور رسمی همراه این برگه در پاکت ج ارایه گردد.

نمونه قرارداد خرید دستگاه

ماده ۱: طرفین قرارداد

این قرارداد بین شرکت داروسازی فارابی (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۷۹۲۷۰ و کد اقتصادی : ۴۱۱۱۷۳۸۱۷۵۵۳ به نمایندگی آقایان و که منبع در این قرارداد خریدار نامیده می شود از یک طرف و شرکت به شناسه ملی و کد اقتصادی به نمایندگی آقای/آقایان که منبع در این قرارداد فروشنده نامیده می شود از طرف دیگر به شرح زیر منعقد می گردد.

ماده ۲: موضوع قرارداد

عبارت است از خرید دستگاه بر اساس ... برگ مشخصات فنی آن مندرج در پیش فاکتور شماره مورخ پیوست که جزء لاینفک این قرارداد می باشد.

ماده ۳: محل انعقاد قرارداد

محل انعقاد قرارداد شرکت داروسازی فارابی در اصفهان می باشد.

ماده ۴: مبلغ قرارداد

مبلغ کل قرارداد برای خرید دستگاه موضوع قرارداد معادل ریال می باشد.
تبصره ۱: ۹٪ مالیات بر ارزش افزوده بر اساس صورت حساب صادره و رعایت ضوابط مربوطه پرداخت خواهد شد.

ماده ۵: نحوه پرداخت

۵-۱) معادل درصد مبلغ قرارداد به عنوان پیش پرداخت در قبال دریافت یک فقره ضمانتنامه بانکی به همین مبلغ با اعتبار حداقل سه ماه (بستگی به زمان تحویل کامل تا ۶ ماه قابل تمدید) بابت تضمین پیش پرداخت، به فروشنده پرداخت می گردد.
۵-۲) معادل ... درصد باقیمانده مبلغ قرارداد پس از تحویل موضوع سفارش و تایید خریدار، حداکثر ظرف ۱۰ روز پرداخت خواهد شد.

ماده ۶: مدت قرارداد و نحوه تحویل

۶-۱) مدت زمان تحویل دستگاه موضوع قرارداد روز کاری پس از واریز مبلغ پیش پرداخت می باشد.
۶-۲) محل تحویل موضوع قرارداد می باشد.

ماده ۷: تعهدات فروشنده

۷-۱) فروشنده موظف است موضوع قرارداد را مطابق مشخصات درخواست شده از طرف خریدار مندرج در پیش فاکتور شماره تحویل نماید و مشخصات مندرج در آن را جزء به جزء به تایید خریدار برساند و توسط نماینده فنی خریدار تایید گردد. این تاییدیه مبنای تسویه حساب هر مرحله از تحویل کالا می باشد .
۷-۲) فروشنده دستگاه موضوع قرارداد را از تاریخ تحویل به مدت سال گارانتی نموده و سال خدمات پس از فروش آن را تعهد می نماید.

ماده ۸: جریمه تاخیر

در صورت بروز تأخیر بیش از یک هفته در تحویل موضوع قرارداد توسط فروشنده و چنانچه به تشخیص خریدار تأخیر ناشی از قصور فروشنده باشد، به ازای هر روز تأخیر مبلغ ریال از مطالبات فروشنده کسر خواهد شد و چنانچه بیش از ۱۵ روز باشد خریدار با اخطار کتبی مجاز به فسخ قرارداد و دریافت کلیه خسارات وارده از فروشنده خواهد بود.

ماده ۹: حل اختلاف

هرگونه اختلاف در مفاد این قرارداد بدو از طریق مذاکره و سازش و در صورت عدم حصول نتیجه، از طریق مراجعه به مرجع قضایی صالح پیگیری خواهد گردید.

ماده ۱۰: فورس ماژور

در صورت بروز هرگونه حادثه غیرمترقبه و اضطراری، رعایت مفاد مندرج در قانون مدنی برای طرفین لازم الاجرا است. بدیهی است تغییرات قیمت ها و تورم و نوسانات نرخ ارز مشمول عنوان فورس ماژور نبوده و هیچگونه تأثیری در تعهدات طرفین نخواهد داشت. همچنین طرفین با آگاهی از شرایط موجود و پیش بینی آتی در ارتباط با بیماری کرونا (Covid۱۹)، اقدام به انعقاد قرارداد نموده و عوارض این بیماری نیز تأثیری در ایفاء تعهدات طرفین نخواهد داشت.

ماده ۱۱: اقامتگاه قانونی

خریدار: به نشانی اصفهان- کیلومتر ۱۵ جاده اصفهان - شیراز- شرکت داروسازی فارابی (سهامی عام)

تلفن ۰۳۱-۳۳۱۳۲۰۰ و دورنگار ۰۳۱-۳۳۱۳۲۳۰۰ - ایمیل farabi@farabipharma.ir

فروشنده: به نشانی

تلفن - دورنگار - ایمیل

تبصره ۲: هرگاه یکی از طرفین قرارداد نشانی خود را در مدت قرارداد تغییر دهد باید موضوع را کتباً ظرف مدت ۴۸ ساعت به طرف دیگر ابلاغ نماید. تا وقتی که نشانی جدید به طرف دیگر ابلاغ نشده کلیه نامه ها و اوراق و اعتبارنامه ها به نشانی مشروح در قرارداد ارسال خواهد شد و تمام آنها ابلاغ شده تلقی خواهد گردید.

ماده ۱۲: قانون قرارداد

این قرارداد از هر حیث تابع قوانین دولت جمهوری اسلامی بوده و در سه نسخه تنظیم و به امضاء رسیده است و کلیه نسخ آن از اعتبار واحد برخوردارند.

این قرارداد در ۱۲ ماده و دو تبصره بدون خط خوردگی رویت شده و صحت مطالب مندرج در آن مورد تأیید می باشد و ایجاد هرگونه تغییرات در متن این قرارداد، متضمن تنظیم صورت جلسه جدید خواهد بود.

خریدار
شرکت داروسازی فارابی

فروشنده
.....